



Nr referencyjny: AdG.26.02.2026

Załącznik nr 7e do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 5 - APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI MANUALNY Z KOMPLETEM MANKIETÓW - 2 komplety.

- Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, niebędące wyrobem demonstracyjnym ani ekspozycyjnym, pochodzi z bieżącej produkcji producenta, jest dostępne w aktualnej ofercie handlowej oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
- Okres gwarancji jakości wynosi min. 24 miesiące.
- Serwis gwarancyjny realizowany na terenie Polski lub w sposób zapewniający realizację napraw bez ponoszenia kosztów transportu przez Zamawiającego.
- Wykonawca zapewnia dostępność serwisu pogwarancyjnego, części zamiennych oraz wsparcia technicznego po upływie okresu gwarancji.
- Czas reakcji serwisu – maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii (rozumiany jako podjęcie kontaktu oraz rozpoczęcie procedury naprawczej).

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru, funkcji
1	Opis ogólny	Aparat do manualnego (nieautomatycznego) pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, bez elementów elektronicznych
2	Zakres pomiarowy	Zakres pomiaru ciśnienia: minimum 0–300 mm Hg
3	Dokładność pomiaru	Maksymalny dopuszczalny błąd pomiarowy: ± 3 mm Hg
4	Skala manometru	Skala analogowa umożliwiająca jednoznaczny i czytelny odczyt wartości ciśnienia w warunkach użytkowania w gabinecie medycznym, weryfikowalna na podstawie dokumentacji producenta (karta katalogowa, zdjęcie tarczy manometru)
5	Konstrukcja i trwałość	Konstrukcja zapewniająca bezpieczne i stabilne użytkowanie, odporna na typowe uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków do dezynfekcji stosowanych w placówkach ochrony zdrowia
6	Zawór spustowy	Umożliwia płynną i precyzyjną regulację ciśnienia podczas pomiaru
7	System połączenia mankietów	Rozwiązanie umożliwiające sprawną, bezpieczną i szczelną wymianę mankietów
8	Mankiety – komplet	W komplecie z każdym aparatem co najmniej cztery mankiety jednoprzewodowe, mocowane na rzep, przeznaczone odpowiednio dla: niemowląt, dzieci, dorosłych oraz dorosłych otyłych. Mankiety muszą pochodzić od tego samego producenta lub być w pełni kompatybilne.
9	Materiał mankietów	Wykonane z materiału trwałego, odpornego na wielokrotną dezynfekcję, przeznaczonego do wyrobów medycznych (posiadają deklarację zgodności CE). Wymóg potwierdzony dokumentacją



Nr referencyjny: AdG.26.02.2026

		techniczną producenta lub kartą katalogową
10	Akcesoria	Zestaw dostarczany z etui lub innym rozwiązaniem zabezpieczającym urządzenie podczas przechowywania i transportu
11	Standardy i normy:	Aparat do manualnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz wszystkie jego składowe, w tym mankiety, są wyrobami medycznymi zgodnie z Rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745 oraz Ustawą o wyrobach medycznych w Polsce i oznakowane znakiem CE, potwierdzającym zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i jakości.
12	Wymagania dodatkowe:	<p>Do aparatu należy dołączyć instrukcję obsługi, specyfikacje oraz dokumenty potwierdzające spełnianie standardów i norm w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca powinien wykazać spełnienie wymagań poprzez dostarczenie dokumentacji technicznej, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">• karty katalogowe aparatu,• karty katalogowe wszystkich oferowanych mankietów,• Deklaracje producenta lub oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że oferowane mankiety są w pełni kompatybilne z aparatem.