



Nr referencyjny: AdG.26.02.2026

Załącznik nr 7g do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 7 - DERMATOSKOP - 1 szt.

- Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, niebędące wyrobem demonstracyjnym ani ekspozycyjnym, pochodzi z bieżącej produkcji producenta, jest dostępne w aktualnej ofercie handlowej oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
- Okres gwarancji jakości wynosi min. 24 miesiące.
- Serwis gwarancyjny realizowany na terenie Polski lub w sposób zapewniający realizację napraw bez ponoszenia kosztów transportu przez Zamawiającego.
- Wykonawca zapewnia dostępność serwisu pogwarancyjnego, części zamiennych oraz wsparcia technicznego po upływie okresu gwarancji.
- Czas reakcji serwisu – maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii (rozumiany jako podjęcie kontaktu oraz rozpoczęcie procedury naprawczej).

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru, funkcji
1	Opis ogólny	Dermatoskop optyczny do diagnostyki zmian skórnych w trybie bezkontaktowym lub kontaktowym, z możliwością obserwacji bezolejowej
2	Powiększenie	Minimum 10× optyczne
3	Optyka i pole widzenia	Średnica soczewki minimum 25 mm, pole widzenia minimum 20 mm lub równoważne zapewniające pełną obserwację zmian skórnych
4	Oświetlenie	Oświetlenie LED zapewniające równomierne i wierne odwzorowanie barw zmian skórnych, z regulacją natężenia światła; potwierdzone dokumentacją producenta lub rozwiązaniem równoważnym.
5	Standardy i normy:	Wyrób medyczny klasy I, oznakowany CE, zgodny z MDR 2017/745, spełniający obowiązujące normy techniczne właściwe dla dermatoskopów.
6	Wymagania dodatkowe:	Do dermatoskopu należy dołączyć instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną i kartę katalogową potwierdzające spełnienie wymagań specyfikacji w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski